

## Informace poskytnutá uchazeči

---

### Předmět: Vývěvy dvoustupňové rotační olejové

**Sent:** Tuesday, July 03, 2018 11:50 AM

**To:** uchazeč

**Subject:** FW: Dotaz - Vývěvy dvoustupňové rotační olejové

Dobrý den,

zasíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 29.6.2018 viz níže.

V naší zadávací dokumentaci pro výběrové řízení "Vývěvy dvoustupňové rotační olejové" je uveden požadavek pro 3 kusy vývěvy:

- ◆ efektivní čerpací rychlost při 50Hz > 60 m<sup>3</sup>/hod.
- ◆ mezní celkový tlak < 3.10<sup>-3</sup> mbar
- ◆ kapacita čerpaných vodních par > 900g/hod.

◆ hmotnost < 80kg

Požadavek na hmotnost vývěvy je dána nutností jejího transportu mimo areál podniku a manipulací po nebezpečných plochách.

**Nabídka s vývěvou o hmotnosti vyšší než 80kg je proto neakceptovatelná.**

S pozdravem

ing. Zdeněk Sucharda

**Dotaz uchazeče:**

**Sent:** : Friday, June 29, 2018 3:42 PM

**To:** Sucharda, Zdenek

**Subject:** Dotaz - Vývěvy dvoustupňové rotační olejové

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na "Vývěvy dvoustupňové rotační olejové" je požadavek na hmotnost vývěvy 80 kg.

Vývěva, kterou jsme schopni nabídnout má hmotnost 84 kg. Je pro výběrové řízení odlišnost v tomto parametru akceptovatelná?

Za odpověď předem děkuji,

s pozdravem,

.....