

**Zadavatel:**

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.  
Hradecká 1092, 506 01 Jičín – Valdické Předměstí  
IČ: 620 24 922

V Praze dne 21. 3. 2016

**Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2 - Odpověď na dotaz zájemce**

V souladu s článkem 2. zadávací dokumentace pro zakázku na dodávku s názvem „**Mikroskop pro metalografické výbrusy svarů**“ (Oznámení o zahájení výběrového řízení na zakázku v rámci OP PIK zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 3. 2016), Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu zájemce:

**Dotaz č. 1:**

V Technické specifikaci zadavatel požaduje otvor ve středu stolku pod objektivem min 30x60 mm. Je tím myšleno, že mikroskop má být standardně vybaven dopadajícím osvětlením a rovněž i procházejícím osvětlením? Nejedná se o požadavek na metalografický mikroskop inverzního typu?

**Odpověď č. 1:**

Otvor ve středu stolku požadujeme kvůli tvaru kontrolovaných vzorků. Vzorek je založen do připravených zakládacích upínek a část vzorku "visí" dolu skrz otvor ve stolku. Otvor je pro nás bezpodmínečně nutný, abychom nemuseli vzorek pracně předpřipravit - ořezávat atd. Nepožadujeme procházející světlo.

Nepožadujeme mikroskop inverzního typu.

Mgr. Pavel Karásek  
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.