Zadavatel:

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Hradecká 1092, 506 01 Jičín – Valdické Předměstí
IČ: 620 24 922

V Praze dne 29. 9. 2016

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

V souladu s článkem 2. zadávací dokumentace pro zakázku na dodávku s názvem **„Zařízení pro dynamické mechanické zkoušky“** (Oznámení o zahájení výběrového řízení na zakázku v rámci OP PIK zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 9. 2016), Vám poskytujeme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.

V rámci Technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace, došlo ze strany zadavatele k úpravě požadovaných hodnot u níže uvedených základních (minimálních) technických parametrů zařízení.

Původně požadované technické parametry:

- 3.1.1 Průměr kotvící armatury: 300 – 400 mm.
- 3.1.3 Frekvenční rozsah pro vibrační testy: 5 – 3000 Hz pro vertikální vibrace.
- 3.1.13 Zařízení musí umožňovat provoz s klimatickou komorou (klimatická komora není součástí dodávky) bez Head-extenderu.

Nově požadované technické parametry:

- **3.1.1 Průměr kotvící armatury: 300 – 500 mm.**
- **3.1.3 Frekvenční rozsah pro vibrační testy: 5 – 2700 Hz pro vertikální vibrace.**
- **3.1.13 Zařízení musí umožňovat provoz s klimatickou komorou (klimatická komora není součástí dodávky) bez nebo s Head-extenderem.**

Součástí přílohy této dodatečné informace je aktualizovaná verze Technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

V souvislosti s touto dodatečnou informací se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 10. 11. 2016 do 14:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční následně dne 10. 11. 2016 od 14:00 na adrese provozovny zadavatele Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem.

Mgr. Pavel Karásek
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.