

Název projektu: **Rozšíření VaV centra do oblasti kmenových buněk a pokročilé humánní medicíny**

Číslo projektu: **CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023823**

Výběrové řízení: Laboratorní zařízení a SW

Dotaz zaslán 25.03.2021

Prosíme o vyjasnění zadávací dokumentace Výběrového řízení Laboratorní zařízení a software - 1. dílčí plnění – Anaerobox a příslušenství.

V požadovaných parametrech Anaeroboxu uvádíte maximální vnější rozměry. Nikde v požadovaných parametrech není však specifikována požadovaná či minimální kapacita nebo lépe minimální vnitřní rozměry jak pracovní komory, tak prokládací komory. S ohledem na různé typy vzorků a provedení komor se domníváme, že takový údaj má smysl, aby byla zajištěna očekávaná funkčnost.

Můžete tyto parametry upřesnit?

Odpověď zaslána 26.03.2021

Minimální vnitřní rozměry pracovní komory požadujeme $\geq 500 \times \geq 700 \times \geq 500$ mm (V x Š x H), minimální vnitřní rozměry prokládací komory požadujeme $\geq 250 \times \geq 150 \times \geq 350$ mm (V x Š x H).