

Název projektu: **Rozšíření VaV centra do oblasti kmenových buněk a pokročilé humánní medicíny**

Číslo projektu: **CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023823**

Výběrové řízení: Laboratorní zařízení a SW

Datum: 26.03.2021

- 1) V technických specifikacích zadavatel zřejmě zaměnil hodnoty u parametrů „Konečné vakuum s plynovým předřadníkem“ a „Konečné vakuum“. Aktivní plynový předřadník přisává malé množství vzduchu do komory pumpy a tím snižuje hloubku vakua (respektive zvyšuje absolutní hodnotu tlaku) – tzn. hodnota tlaku (abs) bez předřadníku bude vždy nižší než s předřadníkem. Prosím o upřesnění těchto parametrů.

Bohužel se nám opravdu podařilo zaměnit hodnoty u parametrů „ Konečné vakuum s plynovým předřadníkem“ a „konečné vakuum“.

- 2) Druhý dotaz směřuje na požadavek shody ATEX . U pumpy, kterou bychom rádi nabídli, uvádí výrobce hodnotu „ATEX conformity (only 230 V): II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only“. Bylo by toto pro zadavatele akceptovatelné?

ATEX – čerpadlo musí svými požadavky odpovídat práci s rozpouštědly, jako např. isopropanol nebo etanol.

Vzhledem k tomu, že dochází ke změnám technických požadavků, které byly chybně zadány, tak se prodlužuje lhůta pro podávání nabídek do 16.4.2021 14:00. Další parametry zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.