

Název projektu: **Rozšíření VaV centra do oblasti kmenových buněk a pokročilé humánní medicíny**

Číslo projektu: **CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023823**

Výběrové řízení: Laboratorní zařízení a SW

Datum: 01.04.2021

3. dílčí plnění – Biohazard box s vertikálním prouděním

1. V případě dílčího plnění 2 jste akceptovali menší rozměry boxů o 25 mm. Rádi bychom Vám v rámci dílčího plnění 3. nabídli biohazard box o vnitřní šířce 1495 mm, tedy o pouhých 5 mm menší, než je požadováno. Šířka i výška budou s rezervou splněny. Akceptovali byste prosím takový box?

Kvůli speciálnímu využití biohazard boxu musíme trvat na minimálních rozměrech požadovaných v zadávací dokumentaci.

2. Požadován je biohazard box netypických rozměrů, jehož výroba je časově náročnější než u běžných boxů. Dodací lhůta 12 týdnů bude obtížně splnitelná. Mohli byste prosím prodloužit požadovanou dodací lhůtu ideálně na 20 týdnů, nebo alespoň na 16 týdnů?

Trváme na dodací lhůtě max. 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

2. dílčí plnění – Laminární boxy

1. U obou boxů je požadováno ovládní všech funkcí z jediného osvětleného panelu. Je prosím tento požadavek splněn ovládním z ovládacího panelu s podsvětleným LCD displejem a membránovými tlačítky se signalizací aktivace světelnými kontrolkami?

Ano, tento požadavek je takhle naplněn.

2. U obou boxů je požadován alarm pro stav filtrů, rychlost a laminaritu proudění. Bude prosím postačovat alarm pro stav filtrů, rychlost vertikálního laminárního proudění v pracovním prostoru a rychlost vzduchu vstupujícího do boxu pod oknem a tvořícím ochrannou vzduchovou bariéru? (Kontinuální měření a vyhodnocování laminarity proudění při práci v boxu by bylo technicky těžko proveditelné.)

Ano, tento požadavek je takhle naplněn. Požadujeme pouze běžně dostupné laminární boxy.

3. U obou boxů je požadován podstavec s manuálním nastavením výšky ≥ 750 mm. Prosím o upřesnění. Stačí, když se podstavec nastaví do jediné výšky větší než 750 mm? Nebo má být výška podstavce nějak měnitelná? Pakliže ano, v jakém rozsahu?

Stačí nastavení do jedné výšky, která musí být větší než 750 mm.

4. U obou boxů je požadována stěnová průchodka pro laminární boxy s průměrem ≥ 70 mm. Prosím o upřesnění. K čemu má průchodka sloužit? Co má být průchodkou zavedeno do boxu (kabely, hadičky, něco jiného)? Permanentně, nebo dočasně? Kde má být průchodka umístěna?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Průchodka má sloužit k přivedení kabelů do boxu. Netrváme na žádném speciálním umístění této průchodky.