

Název projektu: **Rozšíření VaV centra do oblasti kmenových buněk a pokročilé humánní medicíny**

Číslo projektu: **CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023823**

Výběrové řízení: Laboratorní zařízení a SW

Datum: 06.04.2021

2. dílčí plnění – Laminární boxy

1. U obou boxů je požadováno hermetické uzavření boxu pro fumigaci. Skutečně požadujete „hermetické“ uzavření boxu? K dosažení dokonalého hermetického uzavření by bylo třeba vybavit box speciálním příslušenstvím (především nafukovacím těsněním okna), které by cenu boxu navýšilo o více než 50 %. Takové příslušenství je zcela neobvyklé a žádná z moderních metod fumigace ho nevyžaduje. Stačilo by Vám prosím běžné utěsnění boxu pro fumigaci obvyklými metodami (např. pomocí H_2O_2 nebo ClO_2)?

Bude stačit běžné utěsnění boxu, které by umožnilo bezpečnou sterilizaci, třeba pomocí H_2O_2 .

2. U obou boxů jsou požadovány instalační a kvalifikační zkoušky dle ČIA. Vyžadujete, aby zkoušky provedla pouze akreditovaná laboratoř s platnou akreditací od ČIA (Český institut pro akreditaci)? Nebo zkoušky může provést i neakreditovaná laboratoř metodami obvyklými v akreditovaných laboratořích? Zkoušky akreditovanou laboratoří jsou podstatně dražší a musely by být zahrnuty do ceny.

Standardní instalační a kvalifikační zkoušky může udělat i neakreditovaná laboratoř.