EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Dotaz č. 1 k výběrovému řízení

Název projektu: **Rozšíření VaV centra do oblasti kmenových buněk a pokročilé humánní medicíny**

Číslo projektu: **CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023823**

Výběrové řízení: **Zařízení pro biotechnologickou laboratoř – 2. dílčí plnění**

Dotaz zaslán 23.07.2021

Odpověď zaslána: 23.07.2021

1. Chtěla bych se Vás zeptat na doplnění vysvětlení k Výběrovému řízení na dodávku zboží a služeb s dílčím plněním – „Zařízení pro biotechnologickou laboratoř“ a to konkrétně k 2.dílčímu plnění – Vyhřívaná třepačka:
   V technické zadání je uvedeno v popisu produktu „Vyhřívaná třepačka“ ale na druhou stranu jeden z technických požadavků vede k závěru, že jde o „vyhřívanou třepačku s ohřevem i chlazením“: Minimální dosažitelná teplota inkubace: ≤ teplota okolí mínus 10 °C.
   Dotaz: Přejete si třepačku s ohřevem i chlazením nebo pouze s ohřevem?

   Třepačka musí splňovat požadovanou specifikaci, takže ano, musí obsahovat ohřev i chlazení.