



KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Zakázka	
Název:	
2. Základní identifikační údaje o účastníkovi	
Obchodní firma / Jméno a příjmení:	
Sídlo / Místo podnikání:	
Tel.:	
E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):	
URL adresa:	
IČ:	
DIČ:	
Kontaktní osoba:	
3. Kritéria hodnocení	
Nabídková cena v Kč (100 %)	Cena celkem bez DPH:
	DPH:
	Cena celkem s DPH ¹ :
4. Osoba oprávněná jednat za účastníka	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:	
<i>Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.</i>	

¹ Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

1) Obsah nabídky

2) Přehled požadavků zadavatele a jejich plnění

Požadavek zadavatele		Plnění (zaškrtněte)
<u>Konstrukce pece</u>		
1	dlouhodobá provozní teplota alespoň 1700 °C,	☐
2	maximální provozní teplota alespoň 1800 °C,	☐
3	topné smyčky z MoSi ₂ ,	☐
4	1 sada náhradních topných smyček	☐
5	velikost vnitřního užitého prostoru min. 300×350×350 mm,	☐
6	nosnost dna pece min. 8 kg při teplotě 1750 °C,	☐
7	na vyzdívku musí být použity kvalitní materiály, ze kterých se nebudou při vysokých teplotách uvolňovat cizorodé látky (např. pojiva), které by kontaminovaly vsázku;	☐
8	boční a stropní vyzdívka s dlouhodobou odolností až do 1800 °C, podíl Al ₂ O ₃ alespoň 85%, hustota max. 450 kg/m ³ , lepidlo s podílem Al ₂ O ₃ alespoň 80%,	☐
9	použité vláknité materiály nesmí být klasifikovány jako karcinogeny 1. nebo 2. třídy dle směrnice TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky),	☐
10	homogenní profil teplot v užitém prostoru komory – rozdíl max. +/-10 °C při teplotách nad 1500 °C (při prázdné a zavřené peci),	☐
11	regulace teploty dle min. 1 termočlásku typu „B“ v horké zóně komory,	☐
12	min. 1× limitní termočlánek – ochrana proti přehřátí (přerušení obvodu topení),	☐
13	řídící jednotka i komponenty zabudované jako součást zařízení,	☐
14	programovatelný průběh teplot – alespoň 5 předvolených programů s min. 7 segmenty (teplotní rampy, výdrže, ...),	☐
15	záznam průběhu teplot do interní nebo externí paměti a zároveň možnost napojení nadřazených sledovacích SW (komunikace po RS485 nebo Ethernetu, protokol Modbus RTU nebo Modbus TCP)	☐
16	3fázové zapojení výkonového členu, el. připojení 400 V	☐

17	Na zařízení musí být vystaveno EU Prohlášení o shodě v souladu se související platnou legislativou, mj. nařízením vlády č. 117/2016 Sb., č. 118/2016 Sb. a musí být určeno do prostor: normálních, chráněných před atmosférickými vlivy (dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1), vnější vlivy prostředí mírné či zanedbatelné. Zařízení musí být rovněž v souladu s aktuálními zákonnými předpisy – Zákon č. 22/1997 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 90/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.	☐
18	Průvodní dokumentace musí obsahovat mj. návod k obsluze, manipulaci a údržbě, vč. nezbytných kontrol (tzn. jednak pokyny pro kontrolu bezpečnosti strojního zařízení před jeho uvedením do provozu, jednak pokyny pro provádění následných (pravidelných) kontrol strojního zařízení, včetně pokynů pro kontroly elektrické části), dále katalogové listy použitých izolačních materiálů v komoře pece a kompletní elektro dokumentaci (schéma zapojení, katalog náhradních dílů, nezáměnné označení vodičů a ostatních komponent).	☐

Všechny komponenty musí být nové.

Kompletní dodávka musí být dodána do určené provozovny společnosti CRYTUR, spol. s r.o. v Turnově.

Variantní nabídky se nepřipouští.

3) Nabídková cena

Nabídková cena musí být zpracována plně v souladu s podmínkami uvedenými v ZD. Tzn. členění, měna apod.

4) Návrh smlouvy

Účastník doloží Návrh smlouvy (podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka), který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. V Návrhu smlouvy je nutné doplnit identifikační údaje a odstavec V.

5) Ostatní

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybrán dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

.....
Datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka