



KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Zakázka	
Název:	
2. Základní identifikační údaje o účastníkovi	
Obchodní firma / Jméno a příjmení:	
Sídlo / Místo podnikání:	
Tel.:	
E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):	
URL adresa:	
IČ:	
DIČ:	
Kontaktní osoba:	
3. Kritéria hodnocení	
Nabídková cena v Kč (100 %)	Cena celkem bez DPH:
	DPH:
	Cena celkem s DPH ¹ :
4. Osoba oprávněná jednat za účastníka	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:	
Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.	

¹ Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

1) Obsah nabídky

2) Přehled požadavků zadavatele a jejich plnění

Požadavek zadavatele		Plnění (zaškrtněte)
Technické řešení každé sady musí splňovat následující parametry:		
1	Odčerpání vakuové komory o objemu 250 l na tlak <0,001 Pa	☐
2	Připojení na přírubu ISO-F DN 160 na vysokovakuové a ISO-KF DN 25 na fore-vakuové straně (vstup do suché rotační vývěvy) a to včetně centrovacích těsnících kroužků a spojovacích šroubů/klem/kamenů.	☐
3	Deskový ventil elektropneumaticky ovládaný (solenoid 24 V DC) o velikosti DN 160 s přírubami ISO-F a indikátory koncových poloh vč. konektorů pro elektro připojení.	☐
4	Jemné ochranné sítko (hrubost max. 1 mm) s těsnícím O-kroužkem před turbomolekulární pumpou.	☐
5	Turbomolekulární vývěva s rychlostí čerpání (N ₂) minimálně 600 l/s, délka kabelu min. 7 m, - s ventilem proplachu připojitelným na zdroj inertního plynu o tlaku 0,3 bar (g) trubičkou o vnějším průměru 6 mm (eventuálně vnitřním závitem G1/8") a - s ventilem pro automatické zavzdušnění se stejným připojením na inert.	☐
6	Řídící jednotka pro nastavení parametrů TMV a ovládání čerpacího procesu, zobrazující stav TMV, montovatelná do panelu, napájení 230 V AC.	☐
7	Nerezová spojovací hadice (vlnovec) délky 1 m s připojením ISO-KF DN25 na straně k suché vývěvě (vč. centrovacího těsnícího kroužku a klemy).	☐
8	Elektropneumatický uzavírací ventil nad suchou vývěvou s indikátorem stavu vč. konektoru pro připojení ovládacího napětí (24 V DC) a vyčítání polohy.	☐
9	Vakuová měrka minimálně v rozsahu absolutního tlaku 10 ⁻⁵ – 10 ⁴ Pa včetně připojení na přírubu ISO-KF DN25, výstupní signál 0-10 V (nebo 4-20 mA), délka kabelu min. 7 m.	☐
10	Komponenty ve styku s čerpanou atmosférou z nerez a fluorokaučuku (FKM/FPM), těla ventilů a klem z nerez nebo hliníku.	☐

Součástí dodávky bude dále:

11	Vybavení nutné k propojení jednotlivých komponent zajišťující správnou funkčnost, bezpečnost a dlouhou životnost celého systému.	☐
12	Kompletní dokumentace včetně schémat zapojení.	☐

NABÍDKA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Všechny komponenty musí být nové.

Kompletní dodávka musí být dodána do sídla společnosti CRYTUR, spol. s r.o.

Variantní nabídky se nepřipouští.

3) Nabídková cena

Nabídková cena musí být zpracována plně v souladu s podmínkami uvedenými v ZD.

Tzn., členění, měna apod.

4) Návrh smlouvy

Účastník doloží Návrh smlouvy (podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka), který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. V Návrhu smlouvy je nutné doplnit identifikační údaje a odstavce V.

5) Ostatní

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

.....
Datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka