

## DODATEČNÉ INFORMACE PRO ČÁST 7

k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na dodávky „Nákup laboratorního vybavení pro centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – projekt POTENCIÁL“

Číslo veřejné zakázky: PT07

## ADDITIONAL INFORMATION FOR PART 7

for tender documentation for a public supply contract “Purchase of laboratory equipment for the center of industrial research, development and innovations – the POTENTIAL project”

Public contract number: PT07

## ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE - DOTAZ /QUESTION

„Zadavatel uvádí, že požaduje vysokou přesnost regulace teploty, ovšem neuvádí, v jakém rozsahu má být teplota regulována. Prosíme o doplnění této informace.“

„The contracting authority states that it requires high accuracy of temperature regulation but it doesn't state the temperature range. Can you please provide this information.“

## ODPOVĚĎ/ANSWER:

Na základě dotazu zadavatel doplňuje požadavek, aby byl minimální rozsah regulace teploty od 1 °C do 99 °C s minimální přesností  $\pm 0,2$  °C.

Based on the query the contracting authority provides the requirement of the minimal temperature range: 1 °C to 99 °C, accuracy minimally  $\pm 0,2$  °C.

## PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Vzhledem k výše uvedené změně zadávacích podmínek tímto zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **PRO VÝŠE UVEDENOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Nabídka pro ČÁST 7 veřejné zakázky na dodávky „Nákup laboratorního vybavení pro centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – projekt POTENCIÁL“ musí být podána ve lhůtě do 20. května 2014 do 8:30 hod.**

Concerning above-mentioned modification of the awarding conditions, the contracting authority at the same time extends the time limit for the submission of tenders **FOR ABOVE-MENTIONED PART OF THE PUBLIC CONTRACT:**

The tender for the PART 7 of the public supply contract "Purchase of laboratory equipment for the center of industrial research, development and innovations – the POTENTIAL project" shall be submitted no later than 20th May 2014 at 8.30 a.m.

Tento dokument je vyhotoven v českém a anglickém znění. V případě nesrovnalostí je rozhodné české znění. / This document is made out in Czech and English. In case of discrepancies Czech version prevails.

V Buštěhradě dne 16.4.2014.

In Buštěhrad on 16th April 2014.

  
.....  
Ing. Zora Hanzlíková – jednatelka/CEO  
DYNEX TECHNOLOGIES spol. s r.o.  
Sídlo: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1  
Kontakt: Lidická 977, 273 43 Buštěhrad  
Tel: 220 303 600, Fax: 224 320 133  
E-mail: [office@dynex.cz](mailto:office@dynex.cz), [www.dynex.cz](http://www.dynex.cz)