

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

1. Specifikace zakázky a zadavatele

Název zakázky:	Reprodukce vybavení DS Kostelec na Hané
Název zadavatele:	Město Kostelec na Hané
Sídlo:	Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané
IČ:	00288373
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. František Horák, starosta
Profil zadavatele:	https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-kostelec-na-hane_2218/
Kontaktní osoba:	Daniela Veselá zakazky@atlas.cz 739 548 485

2. Vysvětlení zadávacích podmínek

Dotaz: V požadavku na „Technické parametry lůžka“ je požadováno u vnějších rozměrů délka lůžka striktně max. 220 cm bez možné minimální tolerance alespoň +/- 2 cm. Šířka max. 100 cm je z důvodu užších dveřních otvorů pochopitelná. Může uchazeč nabídnout variantní řešení v délce lůžka 222 cm? Tedy bude splněna minimální tolerance?

Zadavatel u vnějšího rozměru délky nemá striktní omezení a tak **upřesňuje** Technickou specifikaci lůžek v kritériu Technické parametry a to následujícím způsobem:

- vnější rozměry šířka max 100 cm z důvodů prostorové omezenosti prostor Zadavatele, délka max. 220 cm (+ - 3 cm).

Dotaz: V požadavku na „Podvozek“ je požadován výškový zdvih – spodní hranice 40 cm a méně, horní hranice 75 cm a více bez minimální možné tolerance +/- 2 cm. Může uchazeč nabídnout výškové rozmezí s minimální tolerancí +/- 2 cm? Vycházíme z možnosti tolerance zadavatele například u šířky ložné plochy (+ - 3 cm), viz „Zadávací dokumentace“.

V technické specifikaci lůžek v kritériu Podvozek zadavatel **trvá** na nastavených hranicích. Uvedené hranice určují pevný minimální rozsah zdvihu a uchazeč může dodat zdvih, který hraniční hodnoty přesahuje, tj. zdvih může jít níže než 40 cm a výše než 75cm. Tolerance je tedy již v nastavených parametrech obsažena.

3. Termíny zakázky

V souvislosti s upřesněním Technické specifikace zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek pro **obě části** a to do **22.6.2017 do 11:30 hodin**.

Současně s tím zadavatel posouvá termín pro otevírání obálek a to na **22.6.2017 v 12:00 hodin**.

4. Ostatní

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace jsou nezměněny.

V Kostelci na Hané dne 2.6.2017

František Horák
starosta