

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

k veřejné zakázce

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Ventilátory“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci.

I)

Dotaz:

“V příloze č. 1 ZD – Požadované technické parametry, v části C **Přístroj pro umělou plicní ventilaci** zadavatel požaduje: dvě turbíny (servoventilátor)

Může zadavatel svůj požadavek blíže upřesnit? Má zadavatel na mysli dvě turbíny v jednom servoventilátoru?

Odpověď:

Zadavatel netrvá na dvou turbínách v jednom servoventilátoru. S ohledem na obdobný dotaz zadavatel rovněž konstatuje, že řešením může být i jedna turbína pro vzduch (AIR), a jeden servoventil pro řízení dodávky kyslíku (O2).

Zadávací dokumentace tedy zůstává beze změn.

V Ostravě dne 1. 11. 2017

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka