



Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Váš dopis zn.

:

Ze dne :

Naše zn. : 4/NOK/2015/G

Vyřizuje: MUDr. Gerold

Tel. : +420 587 332 138

Fax. : +420 587 332 136

e-mail.: red.nok@kr-olomoucky.cz

**zájemci k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení**

DODATEČNÁ INFORMACE č.1

V Olomouci dne 25. 2. 2015

Vážení,

dne 19. 2. 2015 jsme Vám zaslali (a na našem profilu zadavatele: <http://nemocniceok.profilzadavatele.cz> uveřejnili) výzvu k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku: „Digitální systém pro digitalizaci analogových RTG přístrojů nemocnice Šternberk“ č.P15V01.

Dne 24. 2. 2015 v 19.36 hodin jsme obdrželi elektronicky žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávací dokumentaci ve znění:

Dle zadávací dokumentace zadavatel požaduje bezdrátové detektory, které mají rozměr největší kazety používané v radiologii. Rozměr takovéto kazety je 35x43 cm. Bude zadavatel akceptovat detektor o rozměru 35x43 cm, který se používá pro digitalizaci analogových systému a plně splňuje všechny ostatní podmínky technické specifikace?

Na tento dotaz zadavatel sděluje:

Zadavatel trvá na rozměru detektoru uvedeném v zadávací dokumentaci a nebude akceptovat rozměr 35 x 43 cm.

Současně zadavatel, podle ustanovení § 49 odst.4. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, bez předchozí žádosti, poskytuje tuto dodatečnou informaci:

v zadávací dokumentaci se mění na str. 4, článek I, odst. 1.2. kontaktní osoba uživatele na :

Ing. Vladimír Olejníček, hlavní správce, Středomoravská nemocniční a.s.

Tel.: 582 315 124, email: vladimir.olejnicek@smn.agel.cz

S pozdravem

MUDr Josef Gerold, ředitel

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČ: 268 73 346, DIČ: CZ26873346

-1-