



Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Váš dopis zn.

:

Ze dne :

Naše zn. : 8/NOK/2015/G

Vyřizuje: MUDr. Gerold

Tel. : +420 587 332 138

Fax. : +420 587 332 136

e-mail.: red.nok@kr-olomoucky.cz

**zájemci k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení**

DODATEČNÁ INFORMACE č.4

V Olomouci dne 4.3. 2015

Vážený,

dne 19. 2. 2015 jsme Vám zaslali (a na našem profilu zadavatele: <http://nemocniceok.profilzadavatele.cz> uveřejnili) výzvu k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku: „Digitální systém pro digitalizaci analogových RTG přístrojů nemocnice Šternberk“ č.P15V01.

Dne 3. 3. 2015 jsme obdrželi elektronicky žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávací dokumentaci ve znění:

V kapitole 3.3 Technické podmínky (v podkapitole 3.3.1 Přímá digitalizace dvou skiagrafických vyšetřoven každá v rozsahu) v dokumentu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadavatel požaduje parametr:

Hmotnost (včetně baterie) Max. 4kg

Dotaz:

Akceptuje zadavatel dodávku digitálních flat panelů pro stůl a vertigraf s hmotností (včetně baterie) 4,2 kg, což je v obvyklé toleranci +/- 10 %?

Na tento dotaz zadavatel sděluje:

Vzhledem k předpokládanému způsobu použití není výše uvedená požadovaná změna hmotnosti digitálních flat panelů při zachování kompatibility limitující. Zadavatel připouští možnost nabídnout digitální flat panely s výše uvedenou hmotností 4,2 kg.

Z důvodu změny technických parametrů předmětu veřejné zakázky zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek na den: pondělí 23. 3. 2015 do 13:00 hod.

S pozdravem

MUDr. Josef Gerold, ředitel

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO: 26873346, DIČ: CZ26873346

-1-