

Odůvodnění veřejné zakázky

**podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku
na dodávky**

„Plynový chromatograf“

**Zadavatel nadlimitní veřejné zakázky:
veřejný zadavatel dle § 2, odst. 2 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách**

**Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc**

**Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení (§ 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon))**

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
Veřejný zadavatel popíše změny - v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, - v popisu předmětu veřejné zakázky, - vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, - v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.	Zadavatel uveřejnil předběžné oznámení před účinností vyhlášky o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky. Uveřejněné odůvodnění bylo v souladu s metodickým pokynem MMR. - Zadavatel provádí laboratorní kontrolu zdravotní nezávadnosti potravinového řetězce člověka, včetně sledování cizorodých látek v surovinách, potravinách a krmivech. K provádění těchto analýz potřebuje uvedený laboratorní přístroj. - Dodávka laboratorního přístroje: plynový chromatograf s hmotnostním detektorem - Pro výkon své činnosti (laboratorní kontrola zdravotní nezávadnosti surovin, potravin a krmiv) potřebuje zadavatel uvedená přístroj - Čtvrté čtvrtletí roku 2012
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	
Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Pouze realizací veřejné zakázky dojde k naplnění cíle.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Pouze realizací veřejné zakázky dojde k naplnění cíle.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Finanční hodnota tří významných dodávek nedosahuje trojnásobku předpokládané hodnoty zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	Není požadován
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Není požadován

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Není požadován
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Není požadován
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Není požadován

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Zadavatel požaduje splatnost faktury v délce 60 dnů z důvodu čerpání dotace od Ministerstva zemědělství ČR – zadavatel má přislíbenou dotaci na rok 2012. Pokud nebude předmět plnění dodán do 20. 12. 2012, bude muset zadavatel požádat o přesunutí dotace do roku 2013.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Není požadován
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Není požadován
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Není požadován
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Není požadován
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Není požadován
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	Záruční servis bude prodávajícím prováděn v místě instalace zboží. Prodávající se zavazuje zahájit servis do 24 hodin od nahlášení závady kupujícím, které musí být provedeno písemně. Oprava bude provedena při potřebě náhradních dílů do 5 pracovních dnů. Při déletrvajících opravě (více jak 21 pracovních dnů) na vyžádání zapůjčí prodávající kupujícímu bezplatně náhradní přístroj po dobu opravy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 10 let. Pozáruční servis bude poskytován na základě samostatné servisní smlouvy uzavřené po uplynutí záruční doby. Takto stanovené termíny a podmínky umožní

	kupujícímu opětovnou práci s přístrojem v přiměřeném termínu a zároveň umožní prodávajícímu opravu/výměnu přístroje v dostatečně dlouhé lhůtě.
--	--

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Chromatografické charakteristiky systému	Chromatografická pec je částí určující výkon, dlouhodobou kvalitu výsledků a běžně vyžadovanou produktivitu celého systému. Požadované parametry chromatografické pece odpovídají standardům v dnešní době běžně používaným v obdobných laboratořích v ČR i ve světě a zabezpečují tedy bezproblémové provozování systému, kvalitu a srovnání výsledků.
PTV/MMI injektor a S/SL injektor	Kombinace dvojice nástřikových portů pokrývá veškeré požadavky na běžně prováděné analýzy a zároveň zabezpečuje flexibilitu vzhledem k požadavkům na analýzy do budoucna.
FPD detektor a μECD detektor	Kombinace dvojice klasických chromatografických detektorů doplňuje hmotnostní detektor a v některých případech také rozšiřuje aplikační použití celého systému a to především pro rutinní analýzy. Zároveň částečně zabezpečuje zálohu hmotnostního detektoru a také další stupeň potvrzení identifikace vzorků.
Nezávislý autosampler pro každý chromatografický termostát	Automatický dávkovač je vzhledem k jeho důležitému vlivu na dlouhodobou kvalitu a porovnatelnost výsledků specifikován především na vysokou přesnost jeho práce. Zároveň je požadována dostatečná kapacita vzhledem k běžně analyzovanému počtu vzorků v laboratoři a také možnost rozšíření pro případný nárůst počtu vzorků v budoucnu.
Hmotnostní spektrometr na bázi trojitého kvadrupólu	Hmotnostní detektor/spektrometr na bázi trojitého kvadrupólu je požadován vzhledem k povaze vzorku a složitých matričních efektů. Jednotlivé technické parametry odpovídají dnešním požadavkům na minimální provozní náklady a zároveň produktivitu a flexibilitu vzhledem k aktuálním i budoucím aplikacím. Požadované parametry hmotnostního spektrometru odpovídají standardům v dnešní době běžně používaným v obdobných laboratořích v ČR i ve světě a zabezpečují tedy bezproblémové provozování systému, kvalitu a srovnání výsledků.
Vyhodnocovací software + pracovní stanice	Požadované jsou běžně používané softwarové funkce a databáze, které výrazně urychlí převod a zavedení měřících metod pro všechny stanovované analyty a typy matic. Zároveň se díky komerčně dostupným databázím ušetří nemalé finanční prostředky jinak potřebné na vývoj a optimalizaci metod.

Další požadavky	Zavedení metod usnadní a urychlí počáteční rozběhnutí systému a tedy jeho plné využití. Spotřební materiál, preventivní údržba, validace a bezplatný upgrade software eliminuje riziko vícenákladů v blízké budoucnosti a sníží tak provozní náklady na minimální úroveň. Záložní zdroje o dostatečné kapacitě ochrání jednotlivé části systému před možným poškozením a zároveň zabezpečí kontinuální provoz v případě výpadku elektrické energie.
------------------------	--

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Dílčí kritéria: Nabídková cena v Kč vč. DPH: váha 80 % Doba plnění v kalendářních dnech: váha 20 %	Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) zákona ekonomická výhodnost nabídky, neboť nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a s ohledem na rozsah, složitost a předmět plnění veřejné zakázky není možno hodnotit pouze nejnižší nabídkovou cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky	
Hodnota	Odůvodnění
5 417 000,00 Kč bez DPH	Předpokládaná cena byla stanovena na základě průzkumu cen obdobných zařízení instalovaných v ČR v průběhu tří let (2010, 2011, 2012).

V Olomouci dne 11. 9. 2012

.....

Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel ústavu

